Firma Mus	Inventar Nr: 0815				
Prüfmittelüberw	Skizze:				
Bezeichnung: Messschieber Mitutoyo 1					
Hersteller: Mitutoyo	Kalibrierungsanweisung: ohne				
Inbetriebnahme: 1998	Kalibrierungsprotokoll: umseitig				
Kalibrierintervall: 1/4 jährlich	Einsatzbereich: einfache Messungen				
Wartungsvertrag: nein	Genauigkeitsklasse: 0,01 mm				
Lagerort: Halle A, Schank 5478	Meßbereich: 0-150 mm				
Anwendungsbereich: Längenmessung	Maßeinheit: 0,001 mm	of America			
Kalibrierung, intern: x extern:	Für Kalibrierung verantwortlich: Peter Huber				
Zubehör: Aufbewahrungsbox – Holz					

Bemerkung

Achtung: Genauigkeit der Messung hängt stark von händischem Einsatz ab. Handdruck beachten Kalibrierung mit Endmaßen gemäß Folgeseite (Prüfmaße) durchführen

M:\Wissen\Module\Qualitaetsmanagement\FB-Pruefmittelüberwachungskarte.doc

			Prüf	Prüfmittelüberwachungskarte (Kalibrier-/Prüfprotokoll)									Prüfmittelnummer 041578-aw					
nächstes	02-2007		05-2007															
Kalibrierdatum																		
Datum	Prüfmal				е			Ergebnis der Prüfung		Name			Unterschrift			Bemerkung		
	15 mm	40) mm	75 mm		100m	ım	i.O.	n.i.O									
14.02.2007	15,001	40	75,002		99,998		x		P. Huber		A	Huber						